



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22573
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3094	ÉTER DE PETRÓLEO HPLC Para cromatografía líquida	8032-32-4	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	N/A	N/A	11/11/2016	Noviembre 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Color (APHA)	3	10 máx.
Rango de ebullición	35 – 42 °C	35 – 60 °C
Residuo después de la evaporación	0.0005 %	0.001 % máx.
Acidez	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Absorbancia Ultravioleta (1.0 – cm celda contra agua):</u>		
400 – 270 nm	< 0.01	0.01 máx.
250 nm	< 0.05	0.05 máx.
230 nm	< 0.20	0.20 máx.
Corte UV 220 nm	< 1.00	1.00 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.