



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **24409**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0311

BUFFER pH 6.86

7732-18-5
7778-77-0
7558-79-4

Grado	Fórmula	P.A.	Fecha	Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	12 / 08 / 2017	2019

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH de la solución a 25 °C	6.86	6.86
Apariencia	Pasa Prueba	LMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones

*LMS: Libre de Materia Suspendida

Control de Calidad

Q.F.B Iván Zúñiga

Firma