



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	25003
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0589	YODO Solución volumétrica 0.05 M	7553-56-2	7681-11-0 7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	I₂	253.81	01 / 11 / 2017	Noviembre 2020

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.05000 M	0.05000 – 0.05005
Apariencia	Pasa prueba	LMS (Libre de materia en suspensión)

Observaciones:

Conforme a especificaciones

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST material estándar de referencia
SRM 83d.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga

Firma