



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **26904**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0335

FENOLFTALEINA
Indicador en solución alcohólica
(alcohol isopropílico) 0.01%

77-09-8
67-63-0

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo

N/A

N/A

23 / 08 / 2018

Agosto 2021

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Claridad de la solución alcohólica

Pasa prueba

Pasa prueba

Intervalo visual de transición:

pH 8.0

Incoloro

Incoloro

pH 10.0

Rojo

Rojo

Observaciones:

Conforme a especificaciones

Control de Calidad

Q.F.B Iván Zúñiga

Firma