



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	26959
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0866	INDICATION SOLUTION #11 AZUL DE BROMOFENOL 0.1% INDICADOR EN SOLUCIÓN ALCOHOLICA (Alcohol isopropílico)	115-39-9 67-63-0	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N.A.	N.A.	31 / 08 / 2018	Agosto 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 3.0	Amarillo	Amarillo
pH 4.6	Azul	Azul

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma