



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>28941</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0863</b>	<b>INDICATION SOLUTION #2 VERDE DE BROMOCRESOL 0.1% INDICADOR EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA (Alcohol isopropílico)</b>	<b>67-63-0</b> <b>76-60-8</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivo</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>15 / 08 / 2019</b>	<b>Agosto 2022</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 3.8	Amarillo	Amarillo
pH 5.4	Azul	Azul

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad  
Q.F.B Daniel Torres

*Daniel Torres*  
Firma