



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	29022
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
2038	<b>METIL ETIL CETONA HPLC</b> Para uso en cromatografía líquida	78-93-3	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	$CH_3COCH_2CH_3$	72.11	30 / 08 / 2019	Agosto 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones	
Ensayo ( $CH_3COCH_2CH_3$ )	> 99.9 %	99.0	% Mín.
Agua ( $H_2O$ )	< 0.1 %	0.2	% Máx.
Color (APHA)	5	15	Máx.
Residuo después de la evaporación	0.0017 %	0.0025	% Máx.
<u>Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua):</u>			
400 nm	< 0.010	0.01	Máx.
350 nm	0.004	0.01	Máx.
340 nm	0.057	0.07	Máx.
335 nm	0.199	0.40	Máx.
330 nm	0.687	1.00	Máx.

Observaciones:
Conforme a especificaciones.

Control de Calidad Q.F.B Daniel Torres
<i>Daniel Torres</i> Firma