

	Karal S.A. de C.V.
Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx	

Certificado de Análisis		Lote	29414
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>	CAS No.	
4068	TARTRATO DE SODIO Y POTASIO	6381-59-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivos ACS	$KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$	282.22	12 / 11 / 2019	Noviembre 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O]$	100.0 %	99.0 – 102.0 %
pH de la solución al 5% a 25 °C	7.1	6.0 – 8.5
Materia insoluble	0.001 %	0.005 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Fosfato (PO_4)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Sulfato (SO_4)	< 0.005 %	0.005 % máx.
Amonio (NH_4)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Calcio (Ca)	0.005 %	0.005 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Observaciones:
Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10 ^a edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.