



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30165
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0611	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.1 N	7761-88-8 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivos	N/A	N/A	19 / 05 / 2020	Mayo 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1005 N	0.1 – 0.1005 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS*
pH	3.0	3.0 – 6.0

Observaciones:
Conforme a especificaciones.
Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estandarizado de referencia SRM 999c.
*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.