



Karal S.A. de C.V.

Bvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30448
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0880	VERDE DE BROMOCRESOL Indicador en solución alcohólica al 0.1 %	64-17-5 76-60-8	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivos	$C_{21}H_{14}Br_4O_5S$	698.02	23 / 07 / 2020	Julio 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 3.8	Amarillo	Amarillo
pH 5.4	Azul	Azul

Observaciones:
Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.