



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis			Lote	32252
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>	
0890	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (12880 μS)		7732-18-5	7447-40-7
Grado	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivos	N/A	N/A	14 / 07 / 2021	Julio 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25°C (μ S)	12890	12880 – 12890 μ S
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:
<i>Conforme a especificaciones</i>
<i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.