



Karal S.A. de C.V.

Bvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis			Lote	33068
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>	
0702	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 0.1 N		1310-73-2	7732-18-5
Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivos	N/A	N/A	17 / 11 / 2021	Noviembre 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1003 N	0.1000 - 0.1005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Trazabilidad

Esta solución volumétrica es directamente trazable al NIST, con el material de referencia: 84L.

Información de la preparación:

La solución volumétrica es preparada usando materiales de alta pureza y valorizada con métodos analíticos para conformidad previo a su uso. La estabilidad de este producto se basa en rigurosas pruebas a corto y largo plazo en la solución para el valor certificado. Estas pruebas incluyen, pero no están limitadas, el efecto de la temperatura y el envasado del producto.

Información de caducidad

La fecha de caducidad está garantizada para ser válida por 36 meses desde su fecha de envasado.

Almacenamiento

Almacenar de 15°C a 25°C, bien cerrado, en su empaque original.



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Calibración de la balanza

Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.

Calibración de los termómetros

Todos los termómetros son trazables al NIST a través de termómetros que son calibrados por un laboratorio de calibración acreditado.

Calibración del material volumétrico

Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Observaciones:

Conforme a especificaciones

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.