



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41725
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>	CAS No.	
0151	ÁCIDO SULFÚRICO Solución volumétrica 0.25 N	7664-93-9 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivos	N/A	N/A	15 / 10 / 2024	Octubre 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.2502 N	0.2495 – 0.2505 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

- Trazabilidad al NIST.**
La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 723e.
- Calibración de balanzas y verificación.**
Las balanzas analíticas y pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio.**
Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.
- Soporte técnico.**
Este material fue analizado bajo un sistema de control de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.