



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis			Lote	50010
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>	
1008	AZUL DE BROMOFENOL		115-39-9	
Grado	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivos ACS	$C_{19}H_{10}Br_4O_5S$	669.96	07 / 01 / 2025	Enero 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
Intervalo visual de transición:		
pH 3.0	Amarillo	Amarillo
pH 4.6	Azul	Azul

Observaciones:
Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11 ^a edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.