



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50050
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
4082	TOLUENO GRADO HPLC Para uso en cromatografía líquida	108-88-3	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$C_6H_5CH_3$	92.14	14 / 01 / 2025	Enero 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [$C_6H_5CH_3$] (por C.G.)	> 99.9 %	99.9 % min.
Color (APHA)	3	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.001 % máx.
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba	Pasar prueba
Compuestos de azufre (como S)	< 0.003 %	0.003 % máx.
Agua (H_2O)	0.02 %	0.03 % máx.
Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua):		
335 nm	< 0.01	0.02 máx.
310 nm	0.03	0.05 máx.
300 nm	0.07	0.10 máx.
293 nm	0.16	0.20 máx.
288 nm	0.29	0.50 máx.
286 nm	0.48	1.00 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.