

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50055
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0115	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 6.0 N	7647-01-0 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	14 / 01 / 2025	Enero 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	6.04 N	5.95 – 6.05 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS*

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.