Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50158
Catálogo	*Descripción del producto*	*CAS No.*	
0145	**ÁCIDO SULFÚRICO** **Solución volumétrica 1.0 *N***	**7664-93-9** **7732-18-5**	

Grado	*Fórmula*	*P.M.*	*Fecha Elaboración*	*Fecha Caducidad*
Reactivo	***N/A***	***N/A***	***30 / 01 / 2025***	***Enero 2028***

Pruebas	***Resultados***	***Especificaciones***
Normalidad	1.004 *N*	0.995 – 1.005 *N*
Apariencia	Pasa prueba	Pasa prueba

Trazabilidad
La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 723e. Solución estandarizada a 20 °C.

- **Calibración de balanzas y verificación.**
  Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

- **Verificación del material de vidrio.**
  Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico
Este material fue analizado bajo un sistema de control de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.