

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50175
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
8021	CLOURU CÚPRICO DIHIDRATO	10125-13-0	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	170.48	04 / 02 / 2025	Febrero 2035

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo ($\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	99.3	%	99.0	% mín.
Materia insoluble	< 0.01	%	0.01	% máx.
Nitrato (NO_3)	< 0.015	%	0.015	% máx.
Hierro (Fe)	0.003	%	0.005	% máx.
Sulfato (SO_4)	< 0.005	%	0.005	% máx.
Calcio (Ca)	< 0.005	%	0.005	% máx.
Niquel (Ni)	0.01	%	0.01	% máx.
Potasio (K)	0.01	%	0.01	% máx.
Sodio (Na)	0.02	%	0.02	% máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.