

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50313
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
7015	ROJO DE METILO	493-52-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	$C_{15}H_{15}N_3O_2$	269.30	25 / 02 / 2025	Febrero 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 4.2	Rosa	Rosa
pH 6.2	Amarillo	Amarillo

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.