

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50605
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0890	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (12880 µS)	7732-18-5	7447-40-7

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	22 / 04 / 2025	Abril 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25°C (µS)	12880	12870 – 12890 µS
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.