

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50610
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
2016	COLORURO DE CALCIO Dihidratado	10035-04-8	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	CaCl₂ · 2H₂O	147.01	23 / 04 / 2025	Abril 2035

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo [CaCl ₂ · 2H ₂ O]	102.2	%	99.0 – 105.0	%
pH de la solución al 5% a 25 °C	6.6		4.5 – 8.5	
Materia insoluble	< 0.01	%	0.01	% máx.
Sustancias oxidantes (como NO ₃)	< 0.003	%	0.003	% máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.01	%	0.01	% máx.
Amonio (NH ₄)	< 0.005	%	0.005	% máx.
Bario (Ba)	< 0.005	%	0.005	% máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005	%	0.0005	% máx.
Hierro (Fe)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Magnesio (Mg)	0.005	%	0.005	% máx.
Potasio (K)	0.01	%	0.01	% máx.
Sodio (Na)	0.02	%	0.02	% máx.
Estroncio (Sr)	0.1	%	0.1	% máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.