

Certificado de Análisis		Lote	50647
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0753	TIOSULFATO DE SODIO Solución volumétrica 0.1 N	10102-17-7 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N.A.	N.A.	28 / 04 / 2025	Julio 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1003 N	0.0995 – 0.1005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

- Trazabilidad al NIST**
 La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 136f.
- Calibración de balanzas y verificación**
 Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio**
 Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.
- Soporte técnico:**
 Este material fue analizado bajo un sistema de control de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.