



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50656
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0924	SOLUCIÓN ESTANDAR Para conductímetro 1000 µS/cm	7447-40-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	30 / 04 / 2025	Abril 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25°C	1003 µS	995 - 1005 µS
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

** LCLMS: Liquido claro libre de materia suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.