

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50785
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0265	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 0.1 M	1310-73-2 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	22 / 05 / 2025	Mayo 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.1002 M	0.9995 – 0.1005 M
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

- **Trazabilidad al NIST**
La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 84L.
- **Calibración de balanzas y verificación**
Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- **Verificación del material de vidrio**
Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de control de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>*LCLMS: Liquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.