

Certificado de Análisis		Lote	50926
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
1096	SILICE Estándar para Absorción Atómica.	60676-86-0 7697-37-2 7664-39-3	

Grado	Fórmula	P.A.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
AA	Si	28.09	16 / 06 / 2025	Junio 2027

Analito	Resultados	Método analítico
Si	1000 ± 10 µg/mL	AA

Valor certificado: 1000 µg/mL Silice.

Matriz: tr HNO₃ tr HF.

Material de procedencia: Sílica, fundida (Óxido de sílice).

Densidad: 1.003 g/mL medida a 20.0 ± 4°C.

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar ha sido verificada por espectroscopia ICP (Plasma Acoplado Inductivamente) y es trazable al NIST SRM 3150.

- **Calibración de los termómetros**
Todos los termómetros son calibrados por un laboratorio de acreditado.
- **Calibración de balanzas y verificación.**
Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- **Verificación del material de vidrio.**
Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Impurezas de trazas metálicas

N/A

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Soporte técnico

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15.

Uso previsto

Para la calibración de instrumentos analíticos y validación de métodos analíticos, según corresponda.

Información de caducidad

La fecha de caducidad está garantizada para ser válida por 24 meses desde su fecha de envasado.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.