Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis	Lote	50957

Catálogo	*Descripción del producto*	*CAS No.*
0930	**SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (10 µS/cm)**	**7447-40-7 7732-18-5**

Grado	*Fórmula*	*P.M.*	*Fecha Elaboración*	*Fecha Caducidad*
Reactivo	***N/A***	***N/A***	***23 / 06 / 2025***	***Junio 2028***

Pruebas	***Resultados***	***Especificaciones***
Conductividad a 25 ºC	10.6 µS/cm	10.0 – 11.0 µS/cm
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Trazabilidad al NIST
La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 999c. Solución estandarizada a 25 °C.

- **Calibración de balanzas y verificación.**
  Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

- **Verificación del material de vidrio.**
  Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico
Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** número de registro del certificado 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

***LCLMS: Liquido Claro libre de Materia en Suspensión*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.