



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51001
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0706	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 1.0 N	1310-73-2 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	27 / 06 / 2025	Junio 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.002 N	0.995 N - 1.005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

- **Trazabilidad al NIST**
La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 84L.
- **Calibración de balanzas y verificación**
Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- **Verificación del material de vidrio**
Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.