

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51303
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0266	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 0.5 M	1310-73-2 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	14 / 08 / 2025	Agosto 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.5000 M	0.4995 – 0.5005 M
Apariencia	LCLMS	LCLMS*

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 84L. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación.**
 Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio.**
 Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15.

Observaciones: Conforme a especificaciones internas. *LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.