

Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

	Certificado de Análisis	Lote	51595	
Catálogo	Descripción del producto		CAS No.	
0578	CLORURO DE POTASIO Solución 3.50 <i>M</i>		47-40-7 32-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	30 / 09 / 2025	Septiembre 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	3.55 M	3.45 – 3.55 M
Apariencia	LMS*	LMS*
pH de la solución	6.2	5.4 - 8.6

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 999c. Solución estandarizada a 20 °C.

• Calibración de balanzas y verificación

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

Verificación del material de vidrio

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:	Conforme a especificaciones internas.	
	*LMS: Libre de Materia en Suspensión	

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.

RE-LAB-011 "Certificado de Análisis" Rev.1-A	Pág. 1 de 1
--	-------------