Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis	Lote	51608

Catálogo	*Descripción del producto*	*CAS No.*
0706	**HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 1.0 *N***	**1310-73-2 7732-18-5**

Grado	*Fórmula*	*P.M.*	*Fecha Elaboración*	*Fecha Caducidad*
Reactivo	***N/A***	***N/A***	***02 / 10 / 2025***	***Octubre 2028***

Pruebas	***Resultados***	***Especificaciones***
Normalidad	1.003 *N*	0.995 *N* - 1.005 *N*
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Trazabilidad al NIST
La concentración de esta solución es trazable al NIST SRM 84L. Solución estandarizada a 20 °C.

- **Calibración de balanzas y verificación**
  Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

- **Verificación del material de vidrio**
  Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:
Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LCLMS: Liquido Claro Libre de Materia Suspendida*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.