

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51612
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0706	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 1.0 N	1310-73-2 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	03 / 10 / 2025	Octubre 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.003 N	0.995 N - 1.005 N
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución es trazable al NIST SRM 84L. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación**

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

- Verificación del material de vidrio**

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LCLMS: Liquido Claro Libre de Materia Suspendida*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.