

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51646
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0207	ALMIDÓN Reactivo en solución al 1.0 % Indicador para yodometría	9005-84-9 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N / A	N / A	13 / 10 / 2025	Diciembre 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Sensibilidad	Pasa prueba	Pasa prueba
Apariencia	*LMS	*LMS

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>* LMS: Libre de materia en suspensión.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.