

Certificado de Análisis		Lote	51697
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0704	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 0.25 N	7732-18-5 1310-73-2	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	17 / 10 / 2025	Octubre 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.2505 N	0.2495 – 0.2505 N
Apariencia	*LMS	*LMS

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 84L. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación**

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

- Verificación del material de vidrio**

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

* LMS: Libre de Materia en Suspensión.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.