Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51738
Catálogo	*Descripción del producto*	*CAS No.*	
8061	**TETRAHIDROFURANO HPLC Para uso en cromatografía líquida**	**109-99-9**	

Grado	*Fórmula*	*P.M.*	*Fecha Elaboración*	*Fecha Caducidad*
Reactivo para HPLC	***C_4H_8O***	***72.11***	***27 / 10 / 2025***	***Octubre 2035***

Pruebas	***Resultados***	***Especificaciones***
Ensayo [C_4H_8O] (por C.G.)	> 99.9 %	99.0 % mín.
Color (APHA)	< 2	20 máx.
Peróxido (como H_2O_2)	< 0.002 %	0.015 % máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.01 %	0.03 % máx.
Agua (H_2O)	0.01 %	0.05 % máx.
<u>Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua):</u>		
480-350 nm	< 0.01	0.01 máx.
280 nm	0.01	0.03 máx.
254 nm	0.08	0.15 máx.
230 nm	0.39	0.45 máx.
Corte UV 212 nm	0.78	1.00 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.