



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **51944**

Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
0175	REACTIVO R-140 PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE TITANIO	7664-93-9 7722-84-1 7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	28 / 11 / 2025	Febrero 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (Como H ₂ SO ₄)	49.4 %	48.0 – 50.0 %
Ensayo (como H ₂ O ₂)	11.7 %	10.0 – 12.0 %
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

*LCLMS.: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.