



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **51992**

Catálogo	Descripción del producto	CAS No.		
0611	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.1 N	7761-88-8 7732-18-5		
Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivos	N/A	N/A	04 / 12 / 2025	Diciembre 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1003 N	0.0995 – 0.1005 N
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS
pH	3.8	3.0 – 6.0

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 999c. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación.**

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.

- Verificación del material de vidrio.**

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.