



Karal S.A. de C.V.

Bvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis			Lote	52013
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>	
2007	ACETATO DE AMONIO		631-61-8	
Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivos ACS	$\text{CH}_3\text{COONH}_4$	77.08	08 / 12 / 2025	Diciembre 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [CH ₃ COONH ₄]	99.1 %	97.0 % mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	7.0	6.7 – 7.3
Materia insoluble	0.001 %	0.005 % máx.
Residuo después de la ignición	< 0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Nitrato (NO ₃)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0002 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0003 %	0.0005 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11^a edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.