



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis			Lote	52034
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>		<i>CAS No.</i>	
3009	FENOLFTALEINA		77-09-8	
Grado	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivos ACS	$C_{20}H_{14}O_4$	318.33	10 / 12 / 2025	Diciembre 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 8.0	Incoloro	Incoloro
pH 10.0	Rojo	Rojo

Observaciones:
Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11 ^a edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.