



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis			Lote	60056
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>			<i>CAS No.</i>
0886	SULFATO CÚPRICO Solución volumétrica 0.1 M			7758-99-8 7732-18-5
Grado	Fórmula	P.M.	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivos	N/A	N/A	15 / 01 / 2026	Enero 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.1004 M	0.0995 – 0.1005 M
Apariencia	*LMS	*LMS

- Calibración de balanzas y verificación.**
Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio.**
Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LMS: Libre de Materia en Suspensión*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.