



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **60092**

Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
<b>2044</b>	<b>ALCOHOL AMÍLICO</b> (Mezcla de isómeros)	<b>71-41-0</b>
Grado	Fórmula	P.M.

**Reactivo ACS**      **CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH**      **88.15**      **19 / 01 / 2026**      **Enero 2036**

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (mezcla de alcohol n-amílico e isoamílico)	> 99.9 %	98.0 % mín.
Agua (H <sub>2</sub> O)	0.1 %	0.5 % máx.
Color (APHA)	10	30 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.003 % máx.
Ácidos y ésteres (meq/g)	0.06	0.075 máx.
Compuestos carbonilos (como HCHO)	< 0.1 %	0.1 % máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11<sup>a</sup> edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.