

	<p style="text-align: center;">Karal S.A. de C.V.</p> <p style="text-align: center;">Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx</p>
---	---

Certificado de Análisis		Lote	60176	
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>		
0772	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 1.0 M	1310-73-2 7732-18-5		
<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	
Reactivos	N/A	N/A	03 / 02 / 2026	Febrero 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.001 M	0.995 M - 1.005 M
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 84L. Solución estandarizada a 20 °C

- Calibración de balanzas y verificación**

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación son calibradas por un laboratorio acreditado.

- Verificación del material de vidrio**

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:
<i>Conforme a especificaciones internas.</i>
<i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.