

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	60243
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0845	E.D.T.A. Solución volumétrica 0.5 M	6381-92-6 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	12 / 02 / 2026	Febrero 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.5000 M	0.4995 - 0.5005 M
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 915b. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación.**
 Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio.**
 Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.