

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61139
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0910	REACTIVO DE HANUS Solución de Yodo - Bromo	7553-56-2 7726-95-6 64-19-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	07 / 07 / 2026	Julio 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	*LMS	*LMS
Título	2.1	1.9 – 2.1

Calibración de balanzas y verificación

Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación son calibradas por un laboratorio acreditado.

Verificación del material de vidrio

Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LMS.: Libre de Materia en Suspensión.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.