

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61166
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0413	E.D.T.A. Solución volumétrica 0.02 M	6381-92-6 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	10 / 07 / 2026	Julio 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.0201 M	0.0195 – 0.0205 M
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 915c. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación**
 Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio**
 Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.