



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	B1960
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
9140	<b>GLICINA</b> <b>Para Biología Molecular</b>	56-40-6	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	NH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> COOH	75.07	16/05/2024	Mayo 2034

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (NH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> COOH)	99.54 %	99.5 % min.
R-Nase actividad	No detectada	No detectada
Proteasa actividad	No detectada	No detectada
Residuo después de la ignición	0.021 % máx.	0.1 % máx.
Perdidas por secado a 105°C	0.020 % máx.	0.2 % máx.
Arsénico (As)	No detectado	0.0003 % máx.
Hierro (Fe)	No detectado	0.003 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.00004 %	0.0005 % máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**