

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28678
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0831	FENOLFTALEINA Indicador en solución alcohólica al 0.5%	77-09-8 64-17-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	14 / 06 / 2019	Junio 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 8.0	Incoloro	Incoloro
pH 10.0	Rojo	Rojo

Observaciones:	Control de Calidad
Conforme a especificaciones	Q.F.B Daniel Torres
	<i>Daniel Torres</i>
	Firma