

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28845
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0925	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (1413µS)	7447-40-7 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	18 / 07 / 2019	Julio 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C	1414 µS	1413 ± 10 µS
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:	Control de Calidad
Conforme a especificaciones. *LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida	Q.F.B Daniel Torres
	<i>Daniel Torres</i>
	Firma