

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28860
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0828	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (12900 µS)	7447-40-7 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	22 / 07 / 2019	Julio 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C (µS)	12900	12900 – 12910 µS
Apariencia	LMS*	LMS*

<i>Observaciones:</i>	<i>Control de Calidad</i>
<i>Conforme a especificaciones.</i> <i>*LMS: Libre de Materia en Suspensión.</i>	<i>Q.F.B Daniel Torres</i> <i>Daniel Torres</i> <i>Firma</i>