

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28880
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0386	INDICADOR SHIRO TASHIRO	61-73-4 493-52-7 64-17-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Indicador	N/A	N/A	25 / 07 / 2019	Julio 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Libre de materia en suspensión	Libre de materia en suspensión
Rango de viraje		
pH 3	Morado	Morado
pH 8	Verde	Verde

Observaciones:	Control de Calidad
Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.	Q.F.B Daniel Torres
	<i>Daniel Torres</i>
	Firma