

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28942
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0864	INDICATION SOLUTION #3 FENOLFTALEINA 0.1% Indicador en solución alcohólica (Alcohol isopropílico)	77-09-8 67-63-0	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N.A.	N.A.	15 / 08 / 2019	Agosto 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 8.0	Incoloro	Incoloro
pH 10.0	Rojo	Rojo

Observaciones:	Control de Calidad
Conforme a especificaciones.	Q.F.B Daniel Torres
	<i>Daniel Torres</i>
	Firma